



## ATA DE SESSÃO PÚBLICA

**Licitação: PR-G Nº 13/2019**

**Forma de Julgamento: Menor Preço por Item**  
**Processo : 85/2019**

**Objeto : Aquisição de aparelho de raio-x.**

### PREÂMBULO

No dia 18 de Setembro de 2019, às 11:30 horas, reuniram-se no(a) Sala de Licitações, sito a Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 - 7º andar, Centro, Miracatu/SP, o(a) Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 187/2019, para a Sessão Pública do Pregão em Epígrafe.

A Sessão foi iniciada pelo Pregoeiro com a devida explicação com o funcionamento da modalidade do Pregão, e dos aspectos legais que a fundamentam, notadamente a Lei Federal nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, bem como esclarecidas as regras e o procedimento da Sessão.

### CREDENCIAMENTO

Declarando aberta a fase de credenciamento o(a) Pregoeiro(a) solicitou ao(s) representante(s) que apresentasse(m) o(s) documento(s) exigido(s) em edital. Depois de analisados o(s) documento(s) pela Equipe de Apoio, a(s) empresa(s) considerada(s) credenciada(s), com seu respectivo representante:

#### Licitantes

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQU  
**CNPJ** 71.256.283/0001-85

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.  
**CNPJ** 01.449.930/0006-02

VMI TECNOLOGIAS LTDA.  
**CNPJ** 02.659.246/0001-03

UNIVEN HEALTHCARE LTDA  
**CNPJ** 09.420.486/0001-91

IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA  
**CNPJ** 12.255.403/0001-60

#### Representantes

Diogo Santos Felipe  
**RG** 323195805

Sergio dos Santos  
**RG** 45820805

Amaury Costa da Silva  
**RG** 7106917

Gerson Grillo  
**RG** 192304549

Sabrina França Petarnela  
**RG** 423207568

O(a) Pregoeiro(a) comunicou o encerramento do credenciamento. Em seguida recebeu as declarações do(s) licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital, e os dois envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação, respectivamente.

### REGISTRO DAS PROPOSTAS

Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o(a) Pregoeiro(a) examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento com aqueles definidos no edital.

**Item 001 EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO : - Comando e gerador de alta tensão: Gerador de raios X microprocessado de alta frequência; Potência mínima de 50 kW; Alimentação elétrica trifásica 220/380 Volts - 5**



0/60 Hz; Seleção de 40 a 125 kV ou maior; Faixa de mAs de 0,4 ou menor até 600 ou maior; Tempo de exposição de 4 ms ou menor até 6 segundos ou maior; Proteção térmica do tubo de raios X; Mostrador digital. Cabos: Par de cabos de alta tensão. Bucky mural: Deslocamento vertical de 135 cm ou maior; Bucky com grade fixa; Freios eletromagnéticos ou mecânicos; Foco variável de 100 a 180 cm. - Mesa com tampo flutuante: Movimento transversal e longitudinal; - Buck

Licitante	Proposta
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Marca: Altus ST 125KV - Regius Sigma II - 45	R\$ 58.000,0000
IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA Marca: LOTUS HF630M - Vita Flex Carestream Health	193.000,0000
UNIVEN HEALTHCARE LTDA Marca: Lotus/ HF630M - FujiFilm/ CR PRIMA T2	201.535,0000
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. Marca: Siemens	305.000,0000
VMI TECNOLOGIAS LTDA. Marca: VMI Tecnologias Apolo S	370.000,0000

### PRÉ-CLASSIFICAÇÃO

Realizada a pré-classificação das licitantes que participarão da etapa de lances, em razão dos preços propostos, nos termos dos Incisos VIII e IX do Art. 4º da Lei Federal nº 10520 de 17/07/2002.

**Item 001 EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO :** - Comando e gerador de alta tensão: Gerador de raios X microprocessado de alta frequência; Potência mínima de 50 kW; Alimentação elétrica trifásica 220/380 Volts - 50/60 Hz; Seleção de 40 a 125 kV ou maior; Faixa de mAs de 0,4 ou menor até 600 ou maior; Tempo de exposição de 4 ms ou menor até 6 segundos ou maior; Proteção térmica do tubo de raios X; Mostrador digital. Cabos: Par de cabos de alta tensão. Bucky mural: Deslocamento vertical de 135 cm ou maior; Bucky com grade fixa; Freios eletromagnéticos ou mecânicos; Foco variável de 100 a 180 cm. - Mesa com tampo flutuante: Movimento transversal e longitudinal; - Bucky com grade fixa; Capacidade de carga de no mínimo 200 kg; Freios eletromagnéticos para os movimentos do tampo; Dimensões do tampo (C x L) de

Licitante	Proposta
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 58.000,0000
IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	193.000,0000
UNIVEN HEALTHCARE LTDA	201.535,0000
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	305.000,0000 <i>Não Classificado</i>
VMI TECNOLOGIAS LTDA.	370.000,0000 <i>Não Classificado</i>

### REGISTRO DOS LANCES

Em seguida o Pregoeiro(a) convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial a partir da proposta do autor de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas ocorreu da seguinte forma:

**Item 001 EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO :** - Comando e gerador de alta tensão: Gerador de raios X microprocessado de alta frequência; Potência mínima de 50 kW; Alimentação elétrica trifásica 220/380 Volts - 50/60 Hz; Seleção de 40 a 125 kV ou maior; Faixa de mAs de 0,4 ou menor até 600 ou maior; Tempo de exposição de 4 ms ou menor até 6 segundos ou maior; Proteção térmica do tubo de raios X; Mostrador digital. Cabos: Par de cabos de



alta tensão. Bucky mural: Deslocamento vertical de 135 cm ou maior; Bucky com grade fixa; Freios eletromagnéticos ou mecânicos; Foco variável de 100 a 180 cm. - Mesa com tampo flutuante: Movimento transversal e longitudinal; - Bucky com grade fixa; Capacidade de carga de no mínimo 200 kg; Freios eletromagnéticos para os movimentos do tampo; Dimensões do tampo (C x L) de no mínimo 200 cm x 80 cm; Foco variável de 100 a 180 cm. - Estativa porta tubo de raios X: Tipo chão-mesa ou chão-chão; Movimento vertical de 140 cm ou maior; Freios eletromagnéticos; Rotação do braço porta tubo  $\pm 90^\circ$ . Tubo de raios X: Foco fino de no máximo 0,6 mm; Foco grosso de no máximo 1,5 mm; Rotação do anodo de no mínimo 3.200 rpm; Capacidade térmica de anodo de no mínimo 200 KHU. Acompanha quadro de força compatível com o equipamento. SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO: - Sistema de radiografia computadorizada (CR) monocassete de digitalização de imagens para radiologia geral com capacidade de leitura de cassetes de no mínimo três tamanhos: 18x24 cm, 24x30 cm e 35x43 cm (ou tamanhos aproximados sem necessidade de adaptadores); O sistema deverá ser composto pelo digitalizador, cassetes e console de aquisição para cada

#### Proposta Inicial

Licitante	Proposta
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	58.000,0000
UNIVEN HEALTHCARE LTDA	201.535,0000
IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	193.000,0000

#### Rodada 01

Licitante	Lance	
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	55.000,0000	Vencedor
UNIVEN HEALTHCARE LTDA	0,0000	Declinou
IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,0000	Declinou

### CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor na seguinte conformidade:

Item 001 EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO : - Comando e gerador de alta tensão: Gerador de raios X microprocessado de alta frequência; Potência mínima de 50 kW; Alimentação elétrica trifásica 220/380 Volts - 50/60 Hz; Seleção de 40 a 125 kV ou maior; Faixa de mAs de 0,4 ou menor até 600 ou maior; Tempo de exposição de 4 ms ou menor até 6 segundos ou maior; Proteção térmica do tubo de raios X; Mostrador digital. Cabos: Par de cabos de alta tensão. Bucky mural: Deslocamento vertical de 135 cm ou maior; Bucky com grade fixa; Freios eletromagnéticos ou mecânicos; Foco variável de 100 a 180 cm. - Mesa com tampo flutuante: Movimento transversal e longitudinal; - Bucky com grade fixa; Capacidade de carga de no mínimo 200 kg; Freios eletromagnéticos para os movimentos do tampo; Dimensões do tampo (C x L) de

1º	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	55.000,0000
2º	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	193.000,0000
3º	UNIVEN HEALTHCARE LTDA	201.535,0000

### NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução de preço da menor oferta, o(a) Pregoeiro(a) considerou que o preço obtido abaixo especificado é aceitável por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo da licitação.



**Item 001 EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO :** - Comando e gerador de alta tensão: Gerador de raios X microprocessado de alta frequência; Potência mínima de 50 kW; Alimentação elétrica trifásica 220/380 Volts - 50/60 Hz; Seleção de 40 a 125 kV ou maior; Faixa de mAs de 0,4 ou menor até 600 ou maior; Tempo de exposição de 4 ms ou menor até 6 segundos ou maior; Proteção térmica do tubo de raios X; Mostrador digital. Cabos: Par de cabos de alta tensão. Bucky mural: Deslocamento vertical de 135 cm ou maior; Bucky co

Licitante	Valor Final
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$55.000,0000

---

## HABILITAÇÃO

Encerrada a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) procedeu a abertura do envelope de habilitação das licitantes que apresentaram a melhor proposta.

Sendo constatado que as licitantes cumprem na integralidade o exigido no instrumento convocatório, foram consideradas habilitadas.

Licitante
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

---

## RESULTADO

Encerrada a fase de lances, as seguintes licitantes foram considerados vencedores:

**Item 001 EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO :** - Comando e gerador de alta tensão: Gerador de raios X microprocessado de alta frequência; Potência mínima de 50 kW; Alimentação elétrica trifásica 220/380 Volts - 50/60 Hz; Seleção de 40 a 125 kV ou maior; Faixa de mAs de 0,4 ou menor até 600 ou maior; Tempo de exposição de 4 ms ou menor até 6 segundos ou maior; Proteção térmica do tubo de raios X; Mostrador digital. Cabos: Par de cabos de alta tensão. Bucky mural: Deslocamento vertical de 135 cm ou maior; Bucky co

Licitante	Valor Fechado
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$55.000,0000

---

## RECURSO ADMINISTRATIVO

A EMPRESA KONICA, RELATOU QUE A EMPRESA SIEMENS NÃO APRESENTOU O REGISTRO DO DIGITALIZADOR JUNTO A ANVISA.

AS EMPRESAS SIEMENS, IMEX E VMI TECNOLOGIAS ENTENDEM QUE O OBJETO DA EMPRESA DECLARADA VENCEDORA NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL.

ABRE-SE O PRAZO DE 3 DIAS UTEIS PARA APRESENTAÇÃO DO RECURSO DEVIDAMENTE PROTOCOLADO NESTA PREFEITURA.

---



## ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes relacionadas.

O Sr Pregoeiro suspendeu a sessão as 11H12Min, Informou que o processo será encaminhado ao Departamento de Saúde, para a análise do objeto ofertado.

### Assinaturas do Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio:

---

CEZAR AUGUSTO DE MORAES  
Pregoeiro

---

ROSEMEIRE APARECIDA DE JESUS ROSSI  
Equipe de Apoio

---

NICOLI DOS SANTOS AMARAL  
Equipe de Apoio

---

WILSON DE ALCÂNTARA  
Equipe de Apoio

---

DIEGO FELIPE NUNES DA SILVA  
Equipe de Apoio

---

KÁTIA PATRICIA MALAQUIAS DOS SANTOS  
Equipe de Apoio

### Assinaturas dos Representantes:

---

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  
Diogo Santos Felipe

---

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.  
Sergio dos Santos

---

VMI TECNOLOGIAS LTDA.  
Amaury Costa da Silva



---

UNIVEN HEALTHCARE LTDA  
Gerson Grillo

---

IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA  
Sabrina França Petarnela